

Bloque digestor digital de D.Q.O. Q325M

Equipo desarrollado para determinaciones de demanda química de oxígeno en muestras de agua bruta en general, tales como: ríos, represas, manantiales, aguas residuales, efluentes industriales y domésticos, lodos.



Especificaciones técnicas

Modelo	Tensión	Potencia	Pruebas	Dim. Externas (LxAxA)
Q325M	110/220 V	600 W	7	35 x 20 x 80 cm

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Construido en chapa de acero inoxidable;
- Aislamiento térmico con cámara de aire;
- Bloque calefactor de aluminio con resistencias blindadas;
- Controlador de temperatura con doble pantalla, temperatura y temporizador hasta 9999;
- Sensor tipo "J";
- Temperatura de trabajo entre 50 y 300 °C;
- Cable de alimentación con doble aislamiento y enchufe de tres pines, dos fases y una toma de tierra, cumpliendo con la nueva norma brasileña ABNT NBR 14136;
- Incluye 7 (siete) frascos de digestión en vidrio borosilicato con un diámetro de 40 mm y 7 (siete) condensadores de reflujo tipo Vigreux refrigerados por aire y manual de instrucciones.

Contacto

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.o2agencia.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290

