

Determinador de humedad según Karl Fischer Q349

Aparato semiautomático de sencilla operación, funcional y económico que permite analizar la humedad de todos los productos químicos, con la misma precisión de los aparatos automáticos.



Especificaciones técnicas

Modelos	Tensión	Potencia	Dim. Externas (PxAxA)
Q349-1	110 V	30 W	27 x 31 x 77 cm
Q349-2	220 V	30 W	27 x 31 x 77 cm

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Construido en chapa de acero revestida con epoxi electrostático;
- Panel de control del tiempo, de la función seco y húmedo y del llenado de la bureta;
- Cronómetro digital de 0 a 99 segundos;
- Indicador luminoso de la reacción (seco-húmedo);
- Agitador magnético digital;
- Reactor de vidrio borosilicato;
- Llave de material resistente al reactivo Karl Fischer;
- Electrodo doble de platino, detector del punto final de la titulación;
- Alargaderas de vidrio con desecante (gel de sílice);
- Límite de detector seco-húmedo: cambia al añadirse 1 mg de agua;
- Cable de alimentación con doble aislamiento y enchufe de tres pines, dos fases y una toma de tierra, cumpliendo con la nueva norma ABNT NBR 14136;
- Acompañan al aparato: bureta y depósito ámbar para el reactivo KF, 250 ml de reactivo Karl Fischer, 250 ml de metanol, 1 barra magnética revestida con antiadherente y manual de instrucciones.

Contacto

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.o2agencia.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290

