

Determinador de ponto de fulgor Pensky-Martens Q292A

Determinador de ponto de fulgor Pensky-Martens (vaso fechado) para solventes, óleos, lubrificantes, produtos que tendem a formar uma camada na superfície durante o teste e amostras com baixo ponto de fulgor. Este aparelho atende a norma ASTM D-93 e ISO 2719.



**NÃO ACOMPANHA
TERMÔMETRO QUÍMICO**

Especificações técnicas

Modelo	Tensão	Potência	Dim. Externas (C x L x A)
Q292A2	220 V	550 W	22 x 33 x 50 cm

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Características

- Cuba de ensaio em latão sem soldas nem encaixes (evita vazamentos);
- Construído em chapa de aço galvanizado com pintura eletrostática;
- Vaso fechado;
- Resistência em aço inox blindada;
- Temperatura máxima de trabalho 300 °C;
- Controle eletrônico de temperatura;
- Dispositivo para colocação do termômetro;
- Faixa de trabalho: conforme norma;
- Dispositivo mecânico que abre as janelas e introduz o bico com a chama de forma simultânea;
- Sistema que corta o fornecimento de gás na falta de energia elétrica;
- Controle fino da chama piloto;
- Cabo de força com dupla isolamento e plugue de três pinos, duas fases e um terra, atendendo à nova norma ABNT NBR 14136;
- Não acompanha termômetro químico.

Contato

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.o2agencia.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290

